



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/1-379  
Дана: 12.02.2020.

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 110-2019-О-02, сачињава

### **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измене и допуне основне верзије)**

**Назив: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ**

**Број јавне набавке: 110-2019-О-02**

**Врста поступка: отворени поступак**

#### **БРОЈ 1**

На страни 1 од 69, додају се подаци о: изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 5/20/1-378 од 12.02.2020."

#### **БРОЈ 2**

У обрацу број 1 Образац понуде, у партији број 2 „Мониторинг сет за инвазивно мерење артеријског притиска“, обавезне техничке карактеристике се мењају и гласе:  
„Габарит тестиран, са једном линијом и једним трансјусером; са две могућности испирања повлачењем гуменог наставка или стискањем гумених крилаца; са закривљеном иглом у комори која спречава појаву ваздуха у систему; са „Easy Vent“ вентилом или одговарајуће, који минимализује ризик контаминације додиром; брзине протока 3ml/h; систем компатибилан са мониторима Dash и мониторима Space lab shealrh care Xprezzon произвођача GE health care; Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. Додављач је дужан да у периоду важења уговора, о свом трошку обезбеди и испоручи приликом прве испоруке најмање десет trunk кабла за Space lab shealrh care Xprezzon монитор, које ће преузети након истека важења уговора “.

Образложење измена конкурсне документације садржано је у одговору заинтересованом лицу број 5/20/1-378 од 12.02.2020. године

Комисија за јавну набавку број 110-2019-О-02