



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-718
Дана: 25.03.2019.

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 16-2019-О-02, сачињава

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измене основне верзије)

Назив: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Број јавне набавке: 16-2019-О-02

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

БРОЈ 1

На страни 1 од 78, додају се подаци о изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 5/19/1-718 од 25.03.2019."

БРОЈ 2

На страни 27 од 78, у обрасцу број 1 - Образац понуде, у партији број 10, ставка 1 и ставка 2, обавезне техничке карактеристике мењају се и сада гласе:

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1.	Игла за имплантибилни инфузиони порт, 19 G, дужине 2,50 - 2,54 cm, non-coring, са инјекционим местом. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад.
2.	Игла за имплантибилни инфузиони порт, 20 G, дужине 2,50 - 2,54 cm, non-coring, са инјекционим местом. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад.

БРОЈ 3

На страни 34 од 78, у обрасцу број 1 - Образац понуде, у партији број 16, ставка 1 и ставка 2, називи ставки и обавезне техничке карактеристике мењају се и сада гласе:

Бр. ст	Назив ставке
1.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања "single" или "double hook" 20G-22 G, дужине од 12,5 до 15 cm
2.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања "single" или "double hook" 20G-22G, дужине од 9 до 10 cm



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања “single” или “double hook”, пластичним водичем за иглу предњи затворени и пластичним водичем за иглу задњи отворени 20G-22G, дужине од 12,5 до 15 цм. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.
2.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања “single” или “double hook”, пластичним водичем за иглу предњи затворени и пластичним водичем за иглу задњи отворени 20G-22G, дужине од 9 до 10 цм. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.

Наручилац је одговорима број 5/19/1-716 и 5/19/1-717 од 25.03.2019. године, прихватио као основане захтеве заинтересованих лица од 21.03.2019. године, и извршио наведене измене и допуне конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку број 16-2019-О-02