



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/2-3648

Дана: 26.11.2018.

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 111-2018-О-02, сачињава

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измене основне верзије)

Назив: ОПРЕМА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ И ТЕРАПИЈУ

Број јавне набавке: 111-2018-О-02

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

БРОЈ 1

На страни 1 од 52, додају се подаци о:

- изменама конкурсне документације: " Број и датум измена: 5/18/2-3648 од 26.11.2018."
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 04.12.2018. до 09,00 часова (основна верзија до 02.10.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/18/2-3647 од 26.11.2018. године)“
- изменама датума и времена отварања понуда: „Датум и време отварања понуда: 04.12.2018. до 09,10 часова“.

БРОЈ 2

У документу 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., и у обрацу 1-Образац понуде, мењају се минималне захтеване техничке карактеристике за партију 1 - Апарат за анестезију са монитором, под бројем 2 и 4 и сада гласе:

БР	МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
2	Компактан, мобилан апарат са централном кочницом или кочницом на сваком точку апарата
4	Конзола систем са фиокама које омогућавају лакше и одговарајуће раздвајања материјала и прибора. Број фиока – три, прихватљиво и две фиоке, уз услов да макар једна има преграду

Образложење за измену из претходног става, садржано је у одговору заинтересованом лицу број 5/18/2-3646 од 26.11.2018. године.

Комисија за јавну набавку број 111-2018-О-02