



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1499

Дана: 19.06.2019.

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 38-2019-О-01, сачињава

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

Број јавне набавке: 38-2019-О-01

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

БРОЈ 1

На страни 1 од 40, додају се подаци о:

- изменама конкурсне документације: "Број и датум других измена: 5/19/1-1499 од 19.06.2019."

БРОЈ 2

У документу број 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. и обрасцу број 1 – образац понуде:

- минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 2.1. мења се сада гласи:
„В, М-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler, Triplex mode, tehnika za prikaz mikro vaskularizacije (ne priznaje se direkcioni Power Doppler)“;

- минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 4.1. мења се сада гласи:
„Linearna sonda opsega od 7-18 MHz ili šire, širine vidnog polja (FoV) max. 40 mm, sa minimum 128 kristalna elementa“.

Комисија за јавну набавку број 38-2019-О-01