



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/2-3646

Дана: 26.11.2018.

(одговор број 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – опрема за Одељење за анестезију, интензивну негу и терапију, број јавне набавке 111-2018-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.10.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 21.11.2018. године, код Наручиоца заведено под бројем 5748/18, за партију број 1 - Апарат за анестезију са монитором.

Питања

Partija 1- Aparat za anesteziju sa monitorom

Stavka 2- Da li prihvataste aparat koji ima individualne kočnice na svakom točkiću umesto centralne? Obzirom da ovo ni u kom slučaju ne utiče na kvalitet samog aparata ni njegove performanse, molimo da dozvolite i aparate sa ovom karakteristikom.

Stavka 4 – Da li prihvataste aparat koji ima dve fioke, obzirom da su tako dizajnirane sa dovoljno prostora za odlaganje dodatnog materijala te u potpunosti zadovoljavaju traženu karakteristiku?

Stavka 20

d- Da li prihvataste aparat koji ne poseduje mod sinhronizovane intermitentne mandatorne ventilacije kontrolisane pritiskom?

đ- Da li prihvataste aparat koji ne poseduje mod: Sinhronizovana intermitentna mandatorna ventilacija pritiskom kontrolisana sa garantovanim volumenom ili ekvivalentan

Stavka 21:

g) Da li prihvataste aparat čiji je trigger protokom u rasponu od 1.0 – 10.0, obzirom da je ovo neznatna razlika u odnosu na traženu vrednost?

Stavka 24:

Da li prihvataste uređaj koji ima sledeće petlje respiratorne mehanike - pritisak-volumen, protok-volumen?

Stavka 26:

Da li prihvataste uređaj koji nema izražene troškove potrošnje inhalacionih anestetika, obzirom da ova stavka nije ni u kom slučaju od važnosti za rad uređaja, a insistiranjem na njoj, ograničavate konkurentnost јавне набавке? Smatramo такође и да се podešavanje protoka uvek mora raditi u odnosu



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

на опште stanje pacijenta, pre nego u odnosu na ekonomičnost potrošnje anestetika, te molimo da se prihvate i uređaji koji ovu karakteristiku nemaju, da bi u postupku javne nabavke Naručioc obezbedio više kvalitetnih ponuda.

Одговори Наручиоца

Ставка 2

Наручилац прихвата као основан захтев, те ће извршити измену конкурсне документације у делу техничких карактеристика, ставка 2 како следи:

„Компактан, мобилан апарат са централном кочницом или кочницом на сваком точку апарата“.

Ставка 4

Наручилац прихвата као основан захтев, те ће извршити измену конкурсне документације у делу техничких карактеристика, ставка 4 како следи:

„Конзола систем са фиокама које омогућавају лакше и одговарајуће раздвајање материјала и прибора. Број фиока – три, прихватљиво и две фиоке, уз услов да макар једна има преграду“.

Ставка 20

Предлог није прихватљив. SIMV варијанте модова са притиском контролисаном вентилацијом и варијантом притиском контролисаном вентилацијом са гарантованим волуменом (VG) или еквивалентно, омогућавају прецизнију контролу вентилације, а код VG варијанте циљни волумен се испоручује при најнижем инспираторном притиску, што је клинички повољније за пацијента.

Већи број произвођача на својим апаратима за анестезију нове генерације поседује тражене варијанте SIMV модова.

Наручилац остаје при захтеву како је формулисан.

Ставка 21

Предлог није прихватљив. Тригероване протоком у минималном опсегу 0,2 – 10 l/min омогућава већу осетљивост, што је битно код препознавања спонтаног покушаја удаха пацијента. Тражену осетљивост тригера протоком поседује већи број произвођача на својим апаратима за анестезију нове генерације. Наручилац остаје при захтеву како је формулисан.

Ставка 24

Предлог није прихватљив. Тражена визуализација респираторне механике омогућава бољу идентификацију и тумачење појаве рестриктивности протока код вентилирања пацијента.

Наручилац остаје при захтеву како је формулисан.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Ставка 26

Предлог није прихватљив. Карактеристика је додатна информативна подршка кориснику у раду. Одлика многих апарата за анестезију нове генерације различитих произвођача је да имају обраду података потрошње ресурса (гасови, агенс) и на различите начине дају индикацију кориснику за подешавање у циљу оптимизације процедуре, економичнијег рада и очувања животне средине. У захтеву се јасно тражи да препоручени проток обезбеђује циљну концентрацију FiO₂ за пацијента.

Наручилац остаје при захтеву како је формулисан.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 111-2018-О-02