



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-716
Дана: 25.03.2019.

(одговор број 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара– потрошни медицински материјал, број јавне набавке 16-2019-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 20.03.2019. године, заинтересовано лице је, путем електронске поште, доставило дана 21.03.2019. године захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено под бројем 1432/19.

Питање

Партија 16. Игле за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем

Молим да појасните захтев за дужином игле за обележавање:

У техничким карактеристикама је наведено да је тражена дужина „12,5цм – 15цм.“ За став један односно „9цм-10цм“ за став два.

Овом приликом молимо Наручиоца, због чињенице да тражи и водич за иглу за обележавање, да се одлучи која дужина му је потребна јер игле се испоручују са непроменљивом дужином, као и водичи.

Како би потенцијални понуђачи били у стању да сачине исправну понуду, молим да прецизирате, поред дужине игле и дужину и пречник водича који Вам је потребан.

Као пример, Игла за преоперативно обележавање може бити 20G 15cm а водич 19G и 10cm али је и водич од 19G и 5cm компатибилан, као и водич од 18G и 10cm...итд.

Из овог разлога молимо Наручиоца да прецизно дефинише потребу.

Одговори Наручиоца

Наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације, према следећем:

Бр. ст	Назив ставке
1.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања “single” или “double hook” 20G-22 G, дужине од 12,5 до 15 цм
2.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања “single” или “double hook” 20G-22G, дужине од 9 до 10 цм



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања “single” или “double hook”, пластичним водичем за иглу предњи затворени и пластичним водичем за иглу задњи отворени 20G-22G, дужине од 12,5 до 15 цм. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.
2.	Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са механизмом фиксирања “single” или “double hook”, пластичним водичем за иглу предњи затворени и пластичним водичем за иглу задњи отворени 20G-22G, дужине од 9 до 10 цм. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 16-2019-О-02