



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1172

Дана: 17.05.2019.

(одговор број 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 26-2019-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 25.04.2019. године, заинтересовано лице је, путем електронске поште, доставило дана 15.05.2019. године захтев за додатно појашњење, број 1505-1/19, код Наручиоца заведено под бројем 2527/19.

### Питање

**Da li će Naručilac prihvatiti da termoplastične maske budu jednoslojne umesto dvoslojnih?**

### **Одговор Наручиоца**

Двослојна маска обезбеђује захтевану високу прецизност и стабилност маске, а унутрашњи слој ојачан нанор честицама обезбеђује, поред већ наведених особина и додатни квалитет у смислу комфора пацијента, тј. временом не долази до скупљања маске после њеног обликовања. Пошто једнослојне маске немају све наведене, односно тражене особине, Наручилац остаје при свом захтеву из конкурсне документације.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 26-2019-О-02