



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1233

Дана: 23.05.2019.

(одговор број 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка апарата за МР од 1,5Т са изградњом простора за смештај истог, „кључ у руке“, број јавне набавке 30-2019-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 15.05.2019. године, заинтересовано лице је дана 21.05.2019. године у 16,27 часова, путем електронске поште, доставило захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 2640/19 дана 22.05.2019. године.

### Питање

- 1) На страни 7/50 конкурсне документације, у делу ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, а под тачком 8. ДОДАТНА ОПРЕМА, под ставком 8.2 захтева се: „МР кампатибилни аутоматски ињектор са две главе за убризгавање МР контраста и физиолошког раствора и системом за спречавање убризгавања ваздуха са сензором“.

**Питање 1:** Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди ињектор бољих карактеристика од описаних, односно да се понуди ињектор са три главе, где се не мења његова употреба у техничком и клиничком погледу у односу на ињектор са две главе?

### **Одговор Наручиоца**

Наручилац је конкурсном документацијом одредио **минималне техничке карактеристике** које треба да испуни понуђена опрема, тако да ће и понуда за опрему бољих техничких карактеристика од захтеваних, бити одговарајућа.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  
Комисија за јавну набавку 30-2019-О-01