



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/1-1552  
Дана: 01.06.2020.

(одговор 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 40-2020-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 13.05.2020. године, заинтересовано лице је, путем електронске поште, доставило дана 29.05.2020. године захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 2925/20.

### Питање

Poštovani,

Molimo Vas da nam pojasnite da li je za JN 40- 2020- O- 02- potrošni medicinski materijal prihvatljivo ponuditi:

- za partiju 31- Eppendorf nastavke žute boje od 0 do 200µl?
- za partiju 32- Eppendorf nastavke od 200 do 1000 µl, obzirom na laboratorijski standard?

### **Одговор Наручиоца**

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица и извршиће измену конкурсне документације у партијама 31 и 32, како следи:

<b>ПАРТИЈА БРОЈ 31</b>			
<b>Наставак за аутоматску пипету eppendorf од 0 или 2 µl до 200µl</b>			
<b>Називи ставки и количине</b>			
<b>Бр.ст.</b>	<b>Назив ставке</b>	<b>Јед.мере</b>	<b>Кол</b>
1	Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, од 0 или 2 µl до 200µl	ком	5.000

<b>ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 31</b>	
<b>Наставак за аутоматску пипету eppendorf од 0 или 2 µl до 200µl</b>	
<b>Бр.ст.</b>	<b>Обавезне техничке карактеристике</b>
1	Провидан, нестерилан од 0 или 2 µl до 200µl, компатибилно са Eppendorf пипетама и Eppendorf боксовима које Наручилац поседује.

Испод табеле додаје се: уз понуду доставити узорак у количини од пет комада.



**ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ**

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

<b>ПАРТИЈА БРОЈ 32</b>			
<b>Наставак за аутоматску пипету erpendorf од 50 или 200 <math>\mu</math>l до 1000<math>\mu</math>l</b>			
<b>Називи ставки и количине</b>			
<b>Бр.ст.</b>	<b>Назив ставке</b>	<b>Јед.мере</b>	<b>Кол</b>
1	Наставак за аутоматску пипету Erpendorf, од 50 или 200 $\mu$ l до 1000 $\mu$ l	ком	8.000

<b>ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 32</b>	
<b>Наставак за аутоматску пипету erpendorf од 50 или 200 <math>\mu</math>l до 1000<math>\mu</math>l</b>	
<b>Бр.ст.</b>	<b>Обавезне техничке карактеристике</b>
1	Безбојан, провидан, нестерилан од 50 или 200 $\mu$ l до 1000 $\mu$ l, компатибилно са Erpendorf пипетама и Erpendorf боксовима које Наручилац поседује.

Испод табеле додаје се: уз понуду доставити узорак у количини од пет комада.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  
Комисија за јавну набавку 40-2020-О-02