



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 31.08.2018.
Број: 5/18/2- 2890
(одговор број 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – уградни хируршки материјал, број јавне набавке 81-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.08.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 27.08.2018. године, у 15,45 (у ИОВ заведен 28.08.2018. под бројем 4158/18).

Питање

- непотребно изостављено -

„Ovim putem Vas molimo za dodatno pojašnjenje vezano za javnu nabavku broj 81-2018-O-02 – Ugradni hirurški materijal.

Ima li nekog posebnog značaja navedena količina kertridža po kutiji u partiji 1 - Klipsevi neresorptivni, titanijumski, srednji, (1 kutija=50 kertridža, 1 kertridž=6klipseva)? S obzirom da različiti proizvođači imaju različita pakovanja, mislimo da ovo nije opis koji bi trebalo da je od značaja ako su u pitanju titanijumski neresorptivni klipsevi srednje veličine, a kojih u jednom kertridžu ima 6.“

- непотребно изостављено -

Одговор Наручиоца:

Наручилац прихвата као основан предлог заинтересованог лица, и сходно томе ће извршити измену конкурсне документације за партију број 1, према следећем:

Назив ставке: Klipsevi neresorptivni, titanijumski, srednji

Обавезне техничке карактеристике: Klipsevi neresorptivni, titanijumski, srednji, kompatibilni sa aplikatorom Aesculap FB242R-FB255R. Broj klipseva u kertridžu: najmanje 4 komada, najviše 6 komada.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 81-2018-О-02