



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/2-3221  
Дана: 16.12.2019.  
(одговор 1)

Поштовани,

У поступку јавне набавке мале вредности добара – топломери дигитални, број јавне набавке 01-12-19-д, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.12.2019. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште, дана 12.12.2019. године Захтев за додатно појашњење без броја, у ИОВ заведен под бројем 6450/19).

### Питање

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама молим Вас за измену конкурсне документације за јавну набавку добара – топломери дигитални, број јавне набавке 01-12-19-Д, у делу захтева да топломери буду баждарени и усклађени са Законом о метрологији, који је неприменљив у случајевима када је мерило одобрено за стављање на тржиште на основу неког другог, посебног закона који се односи на посебну врсту добара.

Како за топлoměре за хуману употребу постоји обавеза да буду регистровани као медицинска средства у Агенцији за лекове и медицинска средства, за њих важе обавезе које су прописане Законом медицинским средствима у погледу баждарења, односно на медицинска средства се не примењују обавезе у прописане Законом о метрологији у погледу првог overавања, нити члана 4. Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли.

У прилогу Вам шаљем и мишљење Министарства привреде поводом наведеног.

У складу са свим претходно изнетим, молим Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете из техничког захтева избацили услов у погледу баждарења јер се сви топломери за хуману употребу, који су регистровани као медицинска средства сматрају фабрички баждареним.

### Одговор Наручиоца

Наручилац прихвата захтев заинтересованог лица као оправдан, те ће сходно томе приступити измени конкурсне документације.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  
Комисија за јавну набавку 01-12-19-д