



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1234

Дана: 23.05.2019.

(одговор број 2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка апарата за МР од 1,5Т са изградњом простора за смештај истог, „кључ у руке“, број јавне набавке 30-2019-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 15.05.2019. године, заинтересовано лице је дана 22.05.2019. године, путем електронске поште доставило захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено под бројем 2652/19.

Питања

Питање 1: Molimo Naručioca da produži rok za dostavljanje ponuda za 15 dana tako da novi adekvatni rok za dostavljanje ponuda bude 20.jun 2019.godine.

Појашњење: предметна јавна набавка поред набавке МР апарата од 1.5Т подразумева и и доградњу дела простора за смештај истог. Архитектонско идејно решење, саставни део тендерске документације, је обиман документ и подразумева детаљну анализу од стране потенцијалног понуђача али и од стране подизвођача у циљу процене трошкова на основу не само Архитектонског идејно решења већ и на основу инсталационих планова произвођача за одређени модел МР апарата од 1.5Т.

Нашим дописом од 26.02.2019, након објављивања Претходног обавештења бр. 5/19/1-271, 08.02.2019. од стране Наручиоца, послали смо молбу да извршимо обилазак локације предвиђене за смештај МР уређаја 1.5Т на који сте нам одговорили да ће увид у локацију бити омогућен након објављивања јавне набавке. Нови захтев смо послали и након објављивања јавне набавке и на њега још увек нисмо добили одговор.

Имајући у виду кратак рок за достављање понуде, као и чињеницу да Претходно обавештење бр. 5/19/1-271 иако објављено у фебруару месецу, није садржало никакве релевантне техничке податке који би омогућили потенцијалном понуђачу адекватан временски период у ком би могао да изврши процену трошкова доградње простора и припреми комплетну понуду, molimo Naručioca da uzme u obzir нашу молбу јер ће нови рок омогућити свим потенцијалним понуђачима да доставе комплетну понуду чиме се обезбеђује конкурентност у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама.

Питање 2: U dokumentu 01-IDR-ARH-CID-IOV-Dogradnja MRI на страни 14.у делу *NAPOMENE* у неколико наврата се поминје *Naredna faza projektovanja*. Molimo Naručioca da pojasni kada se očekuje pomenuta naredna faza projekta i da li će Naručilac nadoknaditi eventualne troškove naredne faze projektovanja kroz aneks Ugovora o javnoj nabavci или су они саставни део проценјене вредности предметне јавне набавке.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Одговори Наручиоца

Одговор Наручиоца на питање 1:

Наручилац остаје при року за подношење понуда који је одредио у Позиву за подношење понуда бр. 5/19/1-1159 од 15.05.2019. године, а који је у складу са чл. 95 ст.2. тачка 1) и чл. 94. ст.1. Закона о јавним набавкама.

Одговор Наручиоца на питање 2:

Техничка документација за доградњу простора за смештај апарата за МР од 1,5Т (идејно архитектонско решење ИДР) је саставни део конкурсне документације, уз напомену да је иста урађена на основу података доступних у моменту израде, те да је предвиђена „наредна фаза пројектовања“ због евентуалних измена и корекција које захтевају специфичности уређаја за МР.

Поједини сегменти локалитета, прикључних и других посебних инсталација и слично, по потреби ће се кориговати односно дефинисати у наредној фази пројектовања, након закључења уговора у предметној јавној набавци, јер зависе од захтева произвођача уређаја за МР и специфичности самог уређаја (тежина, габарит, снага напајања, пречник цеви и др.).

Наредна фаза пројектовања, као ни идејно архитектонско решење ИДР које се налази у прилогу конкурсне документације, нема утицаја на процењену вредност јавне набавке 30-2019-О-01.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 30-2019-О-01