



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/1-1700

Дана: 12.06.2020.

(одговор 2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – хемикалије, број јавне набавке 45-2020-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 29.05.2020. године, заинтересовано лице је, путем електронске поште, доставило дана 10.06.2020. године захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 3191/20.

Питање

U konkursnoj dokumentaciji- Hemikalije, JN br. 45-2020-O-02, u partije 1,9 i 19- zahtevate uzorke jer od ponuđenih reagenasa “ zavisi tačnost i preciznost postavljanja patohistološke dijagnoze”, po vašim rečima.

Pitanje:

1. Ukoliko se reagensi koriste za postavljanje dijagnoze, moraju biti registrovani kao medicinska sredstva, tj. imati rešenje ALIMIS-a, a ne kao hemikalije?
2. Po kojim kriterijumima je određeno da partija 9-Ksilol mora biti pakovan u staklenim bocama!?

Одговори Наручиоца

1. Указујемо заинтересованом лицу да су добра у партијама 1, 9 и 19 хемикалије а не медицинска средства, те да није тачан навод заинтересованог лица: „од понуђених реагенаса зависи тачност и прецизност постављања патохистолошке дијагнозе“.

Наручилац је у конкурсној документацији јасно и прецизно навео: „Од квалитета Алкохола 96%, Ксилола и Алкохола апсолутног 99,8%, зависи тачност и прецизност постављања патохистолошке дијагнозе. Наведене хемикалије користе се за припремање



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

препарата за успостављање патохистолошке дијагнозе (у процесу фиксације ткива и процесу фарбања препарата), и од њиховог квалитета зависи да ли ће ткиво бити одговарајуће обрађено. Услед недовољне фиксације ткива, ткиво остаје нефиксирано, и самим тим је квалитет коначног препарата незадовољавајући за постављање дијагнозе.“

Значи, хемикалије из партија 1, 9 и 19 служе за техничку обраду препарата, а од квалитета поменутих хемикалија зависи да ли ће ткиво бити одговарајуће обрађено. За успостављање патохистолошке дијагнозе на обрађеном и припремљеном препарату, примењују се реагенси.

2. Наручилац је до сада набављао ксилол степена чистоће - pro analysi, произведен од различитих произвођача, који је увек испоручиван у стакленој амбалажи.

Такође, при испитивању тржишта у смислу члана 64.ЗЈН, добијене су информације за ксилол степена чистоће - pro analysi, искључиво у стакленој амбалажи.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 45-2020-О-02