



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/2-3068

Дана: 26.09.2018.

(одговор број 2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 82-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 11.09.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 24.09.2018. године, код Наручиоца заведено под бројем 4585/18.

### Питање

1. Tenderskom specifikacijom se za partiju 14 traže –Rukavice za pregled, od nitrila, nesterilne ali sa mogućnošću sterilizacije autoklavom. Da li je došlo do tehničke greške u specifikaciji, obzirom na to da su pregledne rukavice nesterilne i nisu namenjene da budu sterilisane?

### Одговор Наручиоца на питање:

Захтев који помињете, наведен је грешком. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације брисањем речи „и могућношћу стерилизације аутоклавом“.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 82-2018-О-02