



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1300

Дана: 30.05.2019.

(одговор број 6)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка апарата за МР од 1,5Т са изградњом простора за смештај истог, „кључ у руке“, број јавне набавке 30-2019-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 15.05.2019. године, заинтересовано лице је дана 28.05.2019. године, путем електронске поште доставило захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено под бројем 2742/19.

### Питања

наручилац је дана 27.5.2019. на Порталу јавних набавки објавио одговоре бр. 4 на питања потенцијалних понуђача, (деловодни бр. 5/19/1-1262).

Поменути одговорима Наручилац је додатно дефинисао да се за мониторе под тачком 8.3 техничке спецификације захтева посебно решење АЛИМСА, и на тај начин ограничио техничке услове тако да одговарају искључиво једном моделу медицинског монитора регистрованом код АЛИМСА – EIZO RADIFORCE RadiForce MX, Model: 242W. Претрагом јавно доступних података АЛИМСА може се видети да је носилац уписа за то медицинско средство Medicom доо Шабац, који је уједно и носилац дозволе за МР апарат Ingenia 1.5T произвођача Philips. Овим потезом наручиоца остали заинтересовани понуђачи су дискриминисани, јер су принуђени да понуду за мониторе траже од директне конкуренције.

Молимо наручиоца да размотри следеће измене техничке спецификације, део 8.3, тачку 1 тако што ће дозволити нуђење два медицинска монитора дијагонала најмање 21 инч, уз осветљај мин. 350cd/m<sup>2</sup>, или уместо захтеваног осветљаја монитора дијагонала мин. 24 инча дозволити осветљај минимум 300cd/2 .

Таква измене гласила би:

„два медицинска монитора резолуције најмање 2МП и осветљаја мин. 350cd/m<sup>2</sup>, дијагонала најмање 21 инч“,

1. или „два медицинска монитора резолуције најмање 2МП и осветљаја мин. 300cd/m<sup>2</sup>, дијагонала најмање 24 инча“.



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

---

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

### Одговор Наручиоца

Наручилац ће извршити измену минималне захтеване техничке карактеристике под бројем 8.3: „два медицинска монитора резолуције најмање 2MP и осветљаја min.350 cd/m<sup>2</sup>, дијагонала најмање 24”“, тако да гласи:

„два медицинска монитора резолуције најмање 2MP и осветљаја min.300 cd/m<sup>2</sup>, дијагонала најмање 24”

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 30-2019-О-01