



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1341

Дана: 03.06.2019.

(одговор број 7)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – набавка апарата за МР од 1,5Т са изградњом простора за смештај истог, „кључ у руке“, број јавне набавке 30-2019-О-01, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 15.05.2019. године, заинтересовано лице је дана 28.05.2019. године у 17,59 часова, путем електронске поште доставило захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено под бројем 2756/19 дана 29.05.2019. године.

Питања

наручилац је дана 27.5.2019. на Порталу јавних набавки објавио одговоре бр. 4 на питања отенцијалних понуђача, (деловодни бр. 5/19/1-1262).

На питање бр. 4 потенцијалног понуђача, Наручилац је одговорио да се захтев минималних техничких карактеристика, тачка 4.2 мења тако да гласи: Највећа вредност успонске брзине (slew rate) у свакој ортогоналној равни – минимално 200Т/м/с. На овај начин сте фаворизовали само једног произвођача који има такву снагу градијената где не може да користи највећу амплитуду градијената од 44 мТ/м при највећој успонској брзини од 200Т/м/с и омогућили да понуди градијентни систем следећих перформанси **33 мТ/м** при успонској брзини од 200Т/м/с или 45 мТ/м при успонској брзини од **120Т/м/с**. Да бисте и осталим произвођачима омогућили да понуде еквивалентну технологију градијената који омогућавају исте перформансе апарата и равноправно учествују у овој јавној набавци, да ли је прихватљиво за Наручиоца да измени захтеве 4.1 и 4.2 тако да гласе:

4.1: Највећа вредност амплитуде у свакој ортогоналној равни – минимално 33 мТ/м

4.2.: Највећа вредност успонске брзине (slew rate) у свакој ортогоналној равни – минимално 125Т/м/с

Одговор Наручиоца

Наручилац остаје при свом захтеву.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 30-2019-О-01