



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/1-903
Дана: 26.03.2018.

(одговор број1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – маске за зрачну терапију, број јавне набавке 08-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 21.03.2018. године (у ИОВ заведен 21.03.2018. под бројем 1402/18).

Питање

Наручилац је у конкретној ЈН дефинисао техничке карактеристике тражених добара, између осталог на начин, да за Партије 1 и 2 захтева 'Понудјач мора понудити или о свом трошку обезбедити да понудјено добро ,буде компатбилно са основном плочом коју наручилац поседује-baseplate, Posifix-2 произвођача Civco (Sinmed). Захтевана минимална количина за испорuku је један комад'

Молимо Вас да нам одговорите, да ли је једнако прихватљиво понудити за обе партије добра која су компатбилна и са опремом произвођача Orfit, коју наручилац такође поседује. Напомињемо да понудјене маске компатбилне са Orfitовом опремом суштински не би ни на који начин нарушиле објективне потребе наручиоца (члан 71 ЗЈН) већ би, напротив унапредиле квалитет рада и омогућиле додатну комфорност за пацијенте. (нпр. маске са L профилем компатбилне са опремом Orfita захтевају краће време за моделовање од пуш-pin типа термопластичних маски итд)

Имајући у виду наведено предлажемо измену КД на следећи начин "Понудјач мора понудити или о свом трошку обезбедити да понудјено добро ,буде компатбилно са основном плочом коју наручилац поседује-baseplate, Posifix-2 произвођача Civco (Sinmed) или short SBRT base plate и AIO base plate произвођача Orfit Захтевана минимална количина за испорuku је један комад".

Одговор Наручиоца:

Није прихватљиво. Наручилац је предмет јавне набавке одредио према својим стварним потребама, потребама организације, функционалности и ефикасности процеса рада.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 08-2018-О-02