



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/1-378

Дана: 12.02.2020.

(одговор 1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара– потрошни медицински материјал, број јавне набавке 110-2019-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 31.01.2020. године, заинтересовано лице је, путем електронске поште, доставило дана 10.02.2020. године захтев за додатно појашњење без броја, код Наручиоца заведено под бројем 821/20.

### Питање

Molim vas za dodatno pojašnjenje za broj javne nabavke 110-2019-O-02, partija br. 2 - Monitoring set za invazivno merenje arterijskog pritiska

1. U predmetnoj partiji navodi se da dobro mora da sadrži easy ventil i zakrivljenu kanilu što predstavlja заштићени patent jednog произвођача којег на тржишту R Србије нуди један понуђач и тиме се директно елиминише могућност да се јаве и други понуђачи. Са тако дефинисаном спецификацијом нарушава се начело обезбеђивања конкуренције propisano Чланом 10 Закона о јавним набавкама.  
Функција easy ventila и zakrivljene kanile огледа се у томе што се минимализује ризик контаминације додиром и спречава се стварање мехурића у течности, а то се може обезбедити и коришћењем других трансдјусера, који такође обезбеђују обе функције али на другачији начин. Molimo vas da, uvažite našu primedbu i time omogućite da tražena dobra ponudi veći broj ponuđača, navođenjem u nastavku opisa specifikacije “sa zakrivljenom kanilom i easy ventilom“ dodate i »ili odgovarajuće«.

### **Одговор Наручиоца**

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица, и сходно томе, извршиће измену конкурсне документације.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 110-2019-О-02