



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 13.07.2015.

Broj: 5/939

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - laboratorijski reagensi i hemikalije, broj javne nabavke 35-2015-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 08.06.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 10.07.2015. (u IOV zaveden pod brojem 3510 od 10.07.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

Pitanje za partiju br 1- Reagensi i potrošni materijal za aparat za koagulaciju KC4A micro proizvođača Amelung:

U specifikaciji za partiju br 1 stavka br 8 startni reagens za analizu aktivnisano parcijalno tromboplastinsko vreme, Kalcijum hlorid CaCl_2 0,025 mol/L kompatibilan sa osnovnim reagensom za istu analizu trazite ovaj reagens, ali nam se cini da je ovo isti reagens kao sto ste trazili u partiji br 2, samo se jedinica mere razlikuje, pa Vas molimo za pojasnjenje.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Načinjena je greška u konkursnoj dokumentaciji, tj. zahtevano je isto dobro u partiji broj 2 i partiji broj 1, stavka 8. Naručilac će izvršiti izmene konkursne dokumentacije.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 35-2015-O-02