



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 13.06.2016.

Број: 5/1/1154

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – медицински материјал за биопсију, број јавне набавке 37-2016-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 08.06.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 10.06.2016. године (у ИОВ заведен под бројем 3058 од 10.06.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено*

Kako je u poslednje 2 godine narucilac koristio igle za biopsiju prostate za pistolj bard magnum koje su imale prostor za smestaj uzorka na igli od 19mm,

Da li narucilac odobrava I taj tip igala sa 19mm duzinom uzorka kao odogvarajuci za ponudu za partiju 2?

- *непотребно изостављено-*

Одговор Наручиоца

Није прихватљиво, с обзиром да је наведена техничка карактеристика дефинисана према потребама Наручиоца. Уколико се укаже потреба за иглама за кор биопсију дојке 14 Г са простором за смештај узорка на игли, дужине 19мм, Наручилац ће расписати јавну набавку.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 37-2016-О-02