



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija
Tel: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Fax: + 381 21 661 3741

Dana: 27.01.2016.

Broj: 5/1/138

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke usluga - dozimetrijska kontrola izvora jonizujućih zračenja i očitavanje ličnih tl dozimetara, sa poslugom, broj javne nabavke 92-2015-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 29.12.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 26.01.2016. (u IOV zaveden pod brojem 527 od 27.01.2016.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje - zahtev:

- nepotrebno izostavljeno-
- 1. Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju koja se odnosi DOZIMETRIJSKA KONTROLA IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I OČITAVANJE LIČNIH TL DOZIMETARA, SA POSLUGOM. Naime u konkursnoj dokumentaciji tražite da se popuni obrazac izjave o dokazivanju poslovnog kapaciteta, kojeg u kon. dok. nema.
- 2. Drugo u tabelama koje se nalaze ispod dopisa piše:
 - tromesečno očitavanje tl dozimetara, sa poslugom komada 10, a obzirom da se u ovoj tabeli navodi ukupan broj očitavanja treba da stoji 20, jer se vrši dva puta očitavanje u 6 meseci, pa mislim da I to treba ispraviti.

PARTIJA BROJ 4 – PARTIJA BROJ 4 – Očitavanje ličnih termoluminiscentnih dozimetara, sa poslugom

Br. stavke	Naziv stavke	Jed. mere	Količina	POPUNJAVA PONUĐAČ					
				Cena po jm bez pdv	Cena po jm sa pdv	Ukupno bez pdv	Stopa pdv	Iznos pdv	Ukupno sa pdv
1	mesečno očitavanje tl dozimetara, sa poslugom	komad	900	490,00	0%	441.000,00	0%		
2	tromesečno očitavanje tl dozimetara, sa poslugom	komad	10-20	490,00	0%	4.900,00	0%		
ukupno dinara bez pdv (stavke1-2)							445.900,00		
ukupno dinara pdv (stavke1-2)							0%		
ukupno dinara sa pdv (stavke1-2)							0%		



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija
Tel: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Fax: + 381 21 661 3741

Vrednost ličnog tl dozimetra – 1 komad

(Naručilac će finansijski nadoknaditi uništenje ili gubitak ličnog tl dozimetra, isključivo)

POPUNJAVA PONUĐAČ

kada dobavljač zahteva finansijsku nadoknadu istog, prema navedenoj ceni) **dinara, bez pdv**

Zahtevane tehničke karakteristike za lični tl dozimetar	Ispunjava obaveznu tehničku karakteristiku DA/NE	Opis
lični termoluminiscentni dozimetri: dvokomponentni- sa dve tablete (zbog preciznijeg merenja)- jer je opseg energija jonizujućeg zračenja kojem su zaposleni izloženi, širokog opsega- mamografski kabinet, CT aparat, PET aparat / tablete koje se očitavaju da imaju mogućnost očitavanja od minimum četiri godine / tablete treba da su napravljene od: LiF (Litium- fluorid) ili nekog drugog materijala, koji je istih ili sličnih, mernih karakteristika / „kartica“, u kojoj se nalazi tableta, treba da je takva da se može nositi u džepu i da može da bude unešena u jako magnetno polje, a da pri tom ne dođe do oštećenja samog dozimetra, kao i da nema feromagnetnih delova / treba da imaju mogućnost očitavanja na čitaču tipa „Harshaw 5500“ ili novijem ili na drugom čitaču, sličnih karakteristika	DA	

pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača

Partija broj 4 - Očitavanje ličnih termoluminiscentnih dozimetara, sa poslugom

br. stavke	Organizaciona jedinica	Br. korisnika tl dozimetara	Broj potrebnih tl dozimetara (2 dozimetra po korisniku)	Broj tl dozimetara koji se očitavaju mesečno	Broj tl dozimetara koji se očitavaju tromesečno	Moguća odstupanja u broju tl dozimetara
1	Centar za imidžing dijagnostiku	58	116	48	10	± 4
2	Klinika za radiološku terapiju	70	140	70	/	± 4
3	Centar za nuklearnu medicinu	26	52	26	/	± 4
4	Klinika za operativnu onkologiju	6	12	6	/	± 4

- nepotrebno izostavljeno-



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija
Tel: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Fax: + 381 21 661 3741

Odgovori Naručioca:

1. Komisija Naručioca uočila je propust koji ste naveli i isti ispravila izmenama broj 2, delovodni broj 5/1/133 od 26.01.2016. godine.

2. Naručilac je načinio grešku prilikom sačinjavanja konkursne dokumentacije, te će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) iste ispraviti kroz izmenu i usaglašavanje teksta konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 92-2015-O-02