



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-1970

Дана: 09.08.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-176/2019 од 29.03.2019. године, којим је усвојен захтев за заштиту права подносиоца Миолаб - СМВ доо, Венизелосова 11/12, Београд, поднет у поступку јавне набавке добара - болеснички кревети и наткасне за Одељење хирургије, број јавне набавке 105-2018-О-01, и предметни поступак јавне набавке делимично поништен у делу стручне оцене понуда, Одлуке о додели уговора број 5/19/1-316 од 14.02.2019. године и „Одлуке о измени одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 105-2018-О-01“ број 5/19/1-427 од 27.02.2019. године, мишљења Агенције за лекове и медицинска средства Србије број 515-00-00625-2019-7-001 од 16.07.2019. године, и Извештаја о стручној оцени понуда број 5/19/1-1957 од 08.08.2019. године, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. У отвореном поступку јавне набавке добара - болеснички кревети и наткасне за Одељење хирургије, број јавне набавке 105-2018-О-01, понуђачу ПТМ доо, Стојана Новаковића 51, 15000 Шабац додељује се уговор укупне вредности 3.388.430,00 динара без ПДВ-а.
2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Института за онкологију Војводине у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац је дана 18.10.2018. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке - болеснички кревети и наткасне за Одељење хирургије, број 5/18/2-3284, у отвореном поступку, број јавне набавке 105-2018-О-01, ради закључења уговора о јавној набавци.

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 22.10.2018. године, објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.12.2018. године, Комисија за предметну јавну набавку је дана 14.02.2019. године сачинила Извештај о стручној оцени понуда, на основу кога је донета Одлука о додели уговора број 5/19/1-316 од 14.02.2019. године и „Одлуке о измени одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 105-2018-О-01“ број 5/19/1-427 од 27.02.2019. године.

На одлуке одлуке из претходног става, понуђач Миолаб - СМВ доо, Венизелосова 11/12, Београд, поднео је захтев за заштиту права дана 01.03.2019. године, који је Наручилац одбио



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

као неоснован и комплетну документацију из предметног поступка јавне набавке доставио Комисији за заштиту права, на даље поступање.

Републичка комисија, поступајући по поднетом захтеву за заштиту права, донела је Решење број 4-00-176/2019 од 29.03.2019. године, које је Наручилац примио дана 27.05.2019. године, којим је усвојила поднети захтев за заштиту права, и делимично поништила предметни поступак јавне набавке у делу стручне оцено понуда, Одлуке о додели уговора број 5/19/1-316 од 14.02.2019. године и „Одлуке о измени одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 105-2018-О-01“ број 5/19/1-427 од 27.02.2019. године, те наложила Наручиоцу да понови фазу стручне оцено понуда, отклони све пропусте које је Републичка комисија констатовала и, након правилно спроведене стручне оцено понуда, донесе одговарајућу одлуку.

Поступајући по налогу Републичке комисије, Комисија за јавну набавку извршила је поновни преглед и стручну оцено понуда, и о томе сачинила следећи Извештај:

Број: 5/19/1-1957

Дана: 08.08.2019.

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-176/2019 од 29.03.2019. године, којим је усвојен захтев за заштиту права подносиоца Миолаб - СМВ доо, Венизелосова 11/12, Београд, поднет у поступку јавне набавке добара - болеснички кревети и наткасне за Одељење хирургије, број јавне набавке 105-2018-О-01, и предметни поступак јавне набавке делимично поништен у делу стручне оцено понуда, Одлуке о додели уговора број 5/19/1-316 од 14.02.2019. године и „Одлуке о измени одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 105-2018-О-01“ број 5/19/1-427 од 27.02.2019. године, те мишљења Агенције за лекове и медицинска средства Србије број 515-00-00625-2019-7-001 од 16.07.2019. године, Комисија за предметну јавну набавку, образована Решењем број 5/18/2-3285 од 18.10.2018. године, приступила је поновној стручној оцено понуда и саставила следећи:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА

1. Редни број јавне набавке: 105-2018-О-01
2. Врста поступка: отворени поступак
3. Врста предмета јавне набавке: добра
4. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
предмет јавне набавке: болеснички кревети и наткасне за Одељење хирургије
назив и ознака из општег речника набавке: 33192000 - медицински намештај
5. Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: У Плану набавки за 2018. годину, предметна јавна набавка је на позицији 1.1.57, а у Финансијском плану на конту 5125.
6. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

7. Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: 22.10.2018.

8. Захтеви за додатно појашњење сходно чл.63.ст.2. ЗЈН:

Подносилац	Бр. и датум захтева	Заводни број наручиоца и датум	Бр. и датум одговора Наручиоца
Medicoline doo, Рајићева 36, 18000 Ниш	190/18 од 30.10.2018.	5291/18 од 30.10.2018.	5/18/2-3448 од 02.11.2018. одговор 1
Миолаб - СМВ доо, Венизелосова 11/12, Београд	без броја од 07.11.2018.	5508/18 од 07.11.2018.	5/18/2-3505 од 09.11.2018. одговор 2

9. Подаци о изменама и доунама конкурсне документације: број 5/18/2-3506 од 09.11.2018.

10. Рок за подношење понуда: 23.11.2018. до 10,00 часова

11. Заштита права у фази пре истека рока за подношење понуда:

- Наручилац је дана 15.11.2018. године примио захтев за заштиту права, подносиоца захтева Medico Line doo, Ниш, у фази пре истека рока за подношење понуда.
- Наручилац је одговором број 5/18/2-3595 од 20.11.2018. године, захтев за заштиту права одбио као неоснован и комплетну документацију доставио Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на даље поступање.
- Решењем Републичке комисије број 4-00-1307/2018 од 28.11.2018. године, а које је Наручилац примио 17.12.2018. године, захтев за заштиту права одбијен је као неоснован.

12. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: број 5/18/2-3895 од 18.12.2018. године, рок за подношење понуда продужен до 27.12.2018. године

13. Отварање понуда: Отварање понуда спроведено је дана 27.12.2018. године, са почетком у 10,10 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 5/18/2-3992.

14. Процењена вредност јавне набавке: 3.408.826,00 динара, без ПДВ.

15. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

16. Подаци о понуђачима и понудама:

Р. бр	Заводни број Наручиоца	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час	Број и датум понуде	Понуђена цена
1	6402/18	Medicoline doo, Рајићева 36, 18000 Ниш	26.12.2018.	09,30	472-18 од 25.12.2018.	2.459.000,00
2	6459/18	ПТМ доо, Стојана Новаковића 51, 15000 Шабац	27.12.2018.	09,05	406/2018 од 24.12.2018.	3.388.430,00
3	6460/18	Миолаб - СМВ доо, Венизелосова 11/12, Београд	27.12.2018.	09,10	34/2018 од 25.12.2018.	1.531.693,10

17. Понуђач Medicoline doo, Ниш поднео је дана 03.01.2019. године, Захтев број 06/19 за увид у понуде осталих понуђача и конкурсну документацију предметне јавне набавке. Понуђач је одговором Наручиоца број 5/19/1-15 од 04.01.2019. године, упућен да захтевани увид може извршити после доношења одлуке о додели уговора, како је прописано чланом 110. став 1. ЗЈН.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

18. Објашњења на основу чл. 93. ст. 1 ЗЈН:

18.1. Наручилац је захтевом број 5/19/1-33 од 09.01.2019. године позвао понуђача Medicoline doo, Ниш, да, због неадекватно обележених техничких карактеристика и нејасноћа у предатој документацији, појасни своју понуду достављањем оригинал упутства за употребу понуђене опреме за ставку 1 - електрични кревет и ставку 2 - болнички кревет, које је предато Агенцији за лекове и медицинска средства Србије приликом регистрације медицинских средстава.

Понуђач Medicoline doo, Ниш доставио је одговор број 17/19 дана 14.01.2019. године, али је утврђено да и даље постоје нејасноће због којих није могуће на несумњив начин утврдити да ли понуђена добра за ставку 1 - електрични кревет и ставку 2 - болнички кревет, испуњавају захтеване техничке карактеристике (разлика у подацима у документу Data Sheet односно каталогу и у упутствима достављеним по позиву Наручиоца, непостојање одређених података и др).

Наручилац је дописом број 5/19/1-94 од 16.01.2019. године, поново позвао понуђача Medicoline doo, Ниш, да појасни утврђене неусаглашености, а понуђач је доставио одговор број 24/19 дана 22.01.2019. године.

18.2. Наручилац је захтевом број 5/19/1-34 од 09.01.2019. године позвао понуђача Миолаб - СМВ доо, Београд, да, због неадекватно обележених техничких карактеристика и нејасноћа у предатој документацији, појасни своју понуду достављањем оригинал упутства за употребу понуђене опреме за ставку 1 - електрични кревет и ставку 2 - болнички кревет, које је предато Агенцији за лекове и медицинска средства Србије приликом регистрације медицинских средстава.

Понуђач Миолаб - СМВ доо, Београд доставио је одговор дана 14.01.2019. године, али је утврђено да и даље постоје нејасноће због којих није могуће на несумњив начин утврдити да ли понуђена добра за ставку 1 - електрични кревет и ставку 2 - болнички кревет, испуњавају захтеване техничке карактеристике (навођење непрецизних параметара, разлика у подацима у изјави произвођача односно каталогу и у упутствима достављеним по позиву Наручиоца, и др).

Наручилац је дописом број 5/19/1-95 од 16.01.2019. године, поново позвао понуђача Миолаб - СМВ доо, Београд, да појасни наведене неусаглашености. Понуђач је дана 17.01.2019. године доставио одговор.

19. Стручно мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије од 06.02.2019.:

Наручилац је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије дана 17.01.2019. године, поднео Захтев за издавање стручног мишљења, будући да на основу података из понуда и одговора понуђача Medicoline doo, Ниш и Миолаб - СМВ доо, Београд, није могуће на несумњив начин утврдити да ли понуђена добра за ставку 1- електрични кревет и ставку 2 - болнички кревет, испуњавају захтеване техничке карактеристике.

Одговор Агенције број 515-00-00083-2019-7-001 од 06.02.2019. године, Наручилац је примио дана 14.02.2019. године, и завео под деловодним бројем 746/19.

20. Стручна оцена понуда од 14.02.2019.:

На основу увида у примљене понуде, доказе достављене по захтеву Наручиоца на основу чл. 93. ст. 1 ЗЈН, и документацију достављену од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, по захтеву Наручиоца за стручно мишљење, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда број 5/19/1-311 од 14.02.2019. године, предложила да се:



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

20.1 Одбије понуда понуђача Medicoline doo, Ниш, с обзиром на следеће:

- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 11** „Укупна дужина кревета минимално 2.250 mm“. У документу Data Sheet обележено је: „External dimensions: 2250x970mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Спољне димензије: 2185x970mm“, уз напомену да се димензије могу разликовати ± 10 cm, у зависности од захтева и потреба купца. Узимајући у обзир и наведену могућност, понуђено добро не испуњава захтевану техничку карактеристику „минимално 2.250 mm“, јер додавањем 10cm добијамо дужину од 2.195 mm;
- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 21** „Нагиб дела за бутине 0° до 40° “. У документу Data Sheet обележено је: „Maximum leg-rest raising: 40° “, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Максимално подизање ножног дела 35° “, уз напомену да се наведене опције могу разликовати $\pm 5^\circ$, у зависности од захтева и потреба купца. Узимајући у обзир и наведену могућност, понуђено добро не испуњава захтевану техничку карактеристику „ 0° до 40° “, јер додавањем 5° добијамо $36,75^\circ$;
- **ставка 2** - болнички кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 9** „Подешавање нагиба леђног сегмента кревета мин. 0° - 70° “. У каталогу обележено је: „Подешавање нагиба леђног сегмента кревета 0° - 70° “, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Угао подизања леђног сегмента (степени) 65° “;
- **ставка 2** - болнички кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 12** „Минимална дужина кревета 2.160 mm“. У каталогу обележено је: „дужина кревета 2.160 mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Спољна дужина кревета (cm) 205“;
- **ставка 2** - болнички кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 14** „Висина лежне плоче кревета макс 500 mm“. У каталогу обележено је: „Висина лежеће плоче кревета 500 mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Висина кревета до краја рама (cm) 52“;

20.2 Одбије понуда понуђача Миолаб - СМВ доо, Београд, с обзиром на следеће:

- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 16** „Електрично подешавање висине у минималном распону од 410 mm – 840 mm“. У каталогу обележено је: „Electrical adjustment of high in the range min410 mm – 840 mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Висина платформ кревета 45 - 85 cm“;
- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 33** „Минимална носивост кревета 250 kg“. У каталогу обележено је: „Min.capacity 250 kg“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Дозвољено оптерећење (укључујући кревет) 230 kg“.

20.3 донесе одлука о додели уговора понуђачу ПТМ доо, Шабац, с обзиром да је утврђено да је понуда именованог понуђача прихватљива: нема битних недостатака из члана 106. ЗЈН; благовремена је, потпуно испуњава све техничке спецификације, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не прелази износ процењене вредности.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

21. Наручилац је дана 14.02.2019. године, донео Одлуку о додели уговора број 5/19/1-316, и „Одлуку о измени одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 105-2018-О-01“ број 5/19/1-427 дана 27.02.2019. године дана, након чега је понуђач Миолаб - СМВ доо, Београд поднео захтев за заштиту права.
22. Одговором број 5/19/1-473 од дана 06.03.2019. године, Наручилац је одбио као неоснован захтев за заштиту права подносиоца захтева Миолаб - СМВ доо, Београд, и комплетну документацију из предметног поступка јавне набавке доставио Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, ради одлучивања.
23. Републичка комисија, поступајући по поднетом захтеву за заштиту права, донела је Решење број 4-00-176/2019 од 29.03.2019. године, које је Наручилац примио дана 27.05.2019. године, којим је усвојила поднети захтев за заштиту права, и делимично поништила предметни поступак јавне набавке у делу стручне оцене понуда, Одлуке о додели уговора број 5/19/1-316 од 14.02.2019. године и „Одлуке о измени одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке број 105-2018-О-01“ број 5/19/1-427 од 27.02.2019. године.

Републичка комисија је прихватила као основан навод подносиоца захтева да је његова понуда одбијена због битних неусаглашености иако је доставио накнадно тражену изјаву произвођача да ће понуђено добро имати тражене карактеристике односно тражене димензије, те да је неусаглашеност у његовој понуди, а на коју се при одбијању исте позива наручилац, у нивоу дозвољеног одступања код произвођача, из разлога што, по оцени Републичке комисије, наручилац није на објективно проверљив начин аргументовао непостојање везе између захтева техничке спецификације и карактеристика онога што је подносилац захтева у конкретном случају понудио, и наложила Наручиоцу да се обрати Агенцији за лекове и медицинска средства Србије ради добијања података неопходних за поновну стручну оцenu понуда, на начин који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања и одлучивања наручиоца. Наручилац је дужан да се обрати АЛИМС-у ради достављања информација о томе да ли евентуалне промене или одступања у карактеристикама добра које је подносилац захтева у конкретном случају понудио за ставку I назива „Dolsan Vigorous hospital bed tip: IIS – Болнички кревет, електрични“, који је наведен у Решењу АЛИМС-а бр. 515-02-00845-18-001 од 20.07.2018. године, о упису у Регистар медицинских средстава, подразумевају обавезу измене и допуне уписа медицинског средства у регистар, односно поновне регистрације са тако измењеним карактеристикама.

24. Наручилац је дана 04.06.2019. године, под бројем 5/19/1-1349, упутио АЛИМС-у захтев за издавање стручног мишљења да ли евентуалне промене или одступања у карактеристикама добра које је подносилац захтева у конкретном случају понудио „DOLSAN VIGOROUS HOSPITAL BED Tip: IIS, Болнички кревет, електрични“ који је наведен у Решењу АЛИМС-а број 515-02-00845-18-001 од 20.07.2018. године, подразумевају обавезу измене и допуне уписа медицинског средства у Регистар, односно поновне регистрације са тако измењеним карактеристикама.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

25. Агенција за лекове и медицинска средства Србије у мишљењу број 515-00-00625-2019-7-001 од 16.07.2019. године, наводи:

„Агенција за лекове и медицинска средства Србије је издала Решење бр. 515-02-00845-18-001 од 20.07.2018. године, о упису медицинског средства „DOLSAN VIGOROUS HOSPITAL BED Тип: 11S, Болнички кревет, електрични“, произвођача „DOLSAN MEDIKAL EKIPMANLARI IMALAT INS. GIDA PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. STI“, Турска, у Регистар медицинских средстава. Наведено решење је издато са роком до 20.07.2023. године и важеће је за медицинско средство које је наведено на решењу, са карактеристикама које је то медицинско средство имало у моменту издавања решења.

Произвођач може, у периоду важења решења, да врши измене карактеристика свог медицинског средства, али је дужан да Агенцији пријави те измене, односно да поднесе захтев за одобрење измене регистрације медицинског средства.

Такође, у случају измене дизајна медицинског средства која је таква да захтева измену или допуну у упутству за употребу, носилац уписа је дужан да, у складу са чланом 14., као и чланом 15., став 1., тачка 9) Правилника о регистрацији медицинског медицинског средства („Сл. гласник РС“ бр. 84/2018), Агенцији поднесе захтев за одобрење измене регистрације медицинског средства, односно захтев за измену или допуну упутства за употребу медицинског средства.“

26. На основу члана 90. став 2. ЗЈН, Комисија за јавну набавку је дана 24.07.2019. године упутила, путем мејла, захтев за продужење рока важења понуде, свим понуђачима из предметног поступка, са роком за достављање одговора до 14.30 часова 01.08.2019. године. Истим захтевом, понуђачи су позвани да продуже рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде.

Сви понуђачи из предметног поступка јавне набавке, продужили су рок важења своје понуде као и рок важења средства обезбеђења за озбиљност понуде, након чега је комисија Наручиоца приступила поновној стручној оцени понуда.

Понуђач ПТМ, Шабац, је у својој изјави којом продужава рок важности понуде и средства финансијског обезбеђења, доставио и корекцију стопе ПДВ-а. У понуди је ПДВ обрачунат по пореској стопи од 20%, а на понуђена добра се примењује стопа ПДВ од 10%. Јединичне цене и укупна цена без ПДВ-а остају непромењене.

27. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање:

27.1. Одбија се понуда понуђача Medicoline doo, Ниш, с обзиром да понуђена добра не испуњавају све захтеване техничке карактеристике, што је утврђено увидом у понуду именованог понуђача, на основу доказа достављених по захтеву Наручиоца на основу чл. 93. ст. 1 ЗЈН, и одговора АЛИМС-а број 515-00-00083-2019-7-001 од 06.02.2019. године:

- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 11** „Укупна дужина кревета минимално 2.250 mm“. У документу Data Sheet обележено је: „External dimensions: 2250x970mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Спољне димензије: 2185x970mm“, уз напомену да се димензије могу разликовати ± 10 cm, у зависности од



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

захтева и потреба купца. Узимајући у обзир и наведену могућност, понуђено добро не испуњава захтевану техничку карактеристику „минимално 2.250 mm“, јер додавањем 10cm добијамо дужину од 2.195 mm;

- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 21** „Нагиб дела за бутине 0° до 40°“. У документу Data Sheet обележено је: „Maximum leg-rest raising: 40°“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Максимално подизање ножног дела 35°“, уз напомену да се наведене опције могу разликовати $\pm 5^\circ$, у зависности од захтева и потреба купца. Узимајући у обзир и наведену могућност, понуђено добро не испуњава захтевану техничку карактеристику „0° до 40°“, јер додавањем 5° добијамо 36,75°;

- **ставка 2** - болнички кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 9** „Подешавање нагиба леђног сегмента кревета мин. 0° - 70°“. У каталогу обележено је: „Подешавање нагиба леђног сегмента кревета 0° - 70°“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Угао подизања леђног сегмента (степени) 65°“;

- **ставка 2** - болнички кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 12** „Минимална дужина кревета 2.160 mm“. У каталогу обележено је: „дужина кревета 2.160 mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Спољна дужина кревета (cm) 205“;

- **ставка 2** - болнички кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 14** „Висина лежне плоче кревета макс 500 mm“. У каталогу обележено је: „Висина лежеће плоче кревета 500 mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Висина кревета до краја рама (cm) 52“;

27.2. Одбија се понуда понуђача Миолаб - СМВ доо, Београд, с обзиром да понуђена добра не испуњавају све захтеване техничке карактеристике, што је утврђено увидом у понуду именованог понуђача, на основу доказа достављених по захтеву Наручиоца на основу чл.93. ст.1 ЗЈН, одговора АЛИМС-а број 515-00-00083-2019-7-001 од 06.02.2019. године, и мишљења АЛИМС-а број 515-00-00625-2019-7-001 од 16.07.2019. године:

- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 16** „Електрично подешавање висине у минималном распону од 410 mm – 840 mm“. У каталогу обележено је: „Electrical adjustment of high in the range min410 mm – 840 mm“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Висина платформ кревета 45 - 85 cm“;

- **ставка 1** - електрични кревет: **техничка карактеристика под редним бројем 33** „Минимална носивост кревета 250 kg“. У каталогу обележено је: „Min.capacity 250 kg“, а у Упутству добијеном од АЛИМС-а је наведено је: „Дозвољено оптерећење (укључујући кревет) 230 kg“.

28. Подаци о понуђачу којем се додељује уговор:

Понуда понуђача ПТМ доо, Шабац нема битних недостатака из члана 106. ЗЈН; благовремена је, потпуно испуњава све техничке спецификације, не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача, не прелази износ процене вредности, те је као таква оцењена као прихватљива понуда. С обзиром на изнето, предлаже се Директору доношење одлуке о додели уговора именованом понуђачу:



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др.Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741


назив	ИТМ доо
адреса понуђача	Стојана Новаковића 51, 15000 Шабац
пиб	100081544
матични број	17435400
разврставање на основу чл. 6. Закона о рачуноводству	мало
број и датум понуде	406/2018 од 24.12.2018.
вредност уговора о јн без ПДВ	3.388.430,00
вредност ПДВ	338.843,00
вредност уговора о јн са ПДВ	3.727.273,00

29. Понуђач којем се додељује уговор извршава јавну набавку самостално.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149 ЗЈН.


Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ
- документација предметне јн